

	Mode Opérateur	
	PO03-MO0003 Mode opératoire de fin de consultation	I.E. :3

Détails du document

Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	nonaffecte

Historique de l'évolution du document

I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	16/11/2022	Modification
3	23/04/2024	Modification

Liste des documents de renvoi

Code	Désignation	Type
------	-------------	------

Liste des rédacteurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Yacine Niakh	Assistante Qualité		21/02/2024	11:34:07

Liste des vérificateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage-femme		22/04/2024	15:18:12

Liste des approbateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndoye Ndèye Sokhna	Responsable Opérationnel et Qualité		23/04/2024	09:26:26

Objet

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions de fin de consultation. Il vise à assurer que toutes les dispositions sont prises pour éviter le gaspillage énergétique.

Domaine d'application

Ce présent mode opératoire s'applique à l'ensemble des structures de Nest.

Responsabilité

Le pilote et toutes les personnes qui utilisent les salles de consultation sont chargés de l'application de ce mode opératoire.

Description du mode opératoire

Acteur	Action
Médecins	Demander aux infirmiers de récupérer les instruments utilisés lors de la consultation pour stérilisation
Médecins/Sage-femme /Secrétaire	Eteindre l'échographe
Médecins	Nettoyer et désinfecter les sondes de l'échographe à la fin de la consultation
Médecins/sage-femme /infirmière/Secrétaire	Eteindre la climatisation et les lumières après les consultations
Secrétaire	Récupérer les clés des salles de consultation