

	Mode Opérateur	
	PS06-MO0011 Mode opératoire de gestion du matériel de soins	I.E. :4

Détails du document

Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Maîtrise de l'environnement des soins

Historique de l'évolution du document

I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	22/12/2017	Création
2	21/10/2019	Révision suit à la nomination du référent hygiène
3	12/11/2020	Modification
4	08/12/2022	Modification

Liste des documents de renvoi

Code	Désignation	Type
------	-------------	------

Liste des rédacteurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Florence SAMBOU	Infirmière Responsable Nursérie		08/12/2022	11:34:34

Liste des vérificateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage- femme		08/12/2022	12:57:15

Liste des approbateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		08/12/2022	13:49:34

Objet

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions de gestion du matériel de soins réutilisable. Il vise à assurer que le matériel de soins soit nettoyé, traité et déplacé dans le respect des normes internationales d'hygiène afin d'assurer la qualité des soins.

Domaine d'application

Ce présent mode opératoire s'applique à l'ensemble des structures NEST munies d'un bloc opératoire ou d'une salle de naissance.

Responsabilité

Le pilote est chargé de l'application de ce mode opératoire.

Description du mode opératoire

En cas d'indisponibilité des personnels responsables (infirmiers de bloc ou aide-infirmier de garde), les autres membres du personnel paramédical peuvent se charger des activités de ce mode opératoire, à l'exception de la stérilisation qui ne peut être assurée que par les infirmiers de bloc.

Décontamination, Rinçage et Nettoyage

Acteur	Action	Commentaire
Infirmier de bloc Aide-infirmier (ou infirmier) de garde	Le jour même, prépare une solution de Javel diluée à 0.5%. Javel à 10° : 5 parts d'eau pour 1 part de Javel Javel à 8° : 4 parts d'eau pour 1 part de Javel	
Infirmier de bloc Aide-infirmier (ou infirmier) de garde	Dans la salle de soins même (bloc ou salle de naissance), plonge les instruments en immersion totale dans un bac contenant la solution de Javel à 0.5%. Ferme le bac, le pose à l'abri de la lumière solaire et laisse agir pendant 10 minutes minimum.	Il faut prendre soin de : ouvrir les instruments articulés remplir les instruments creux mettre les plus fragiles en haut poser les plus solides au fond

Infirmier de bloc Aide-infirmier (ou infirmier) de garde	Après la décontamination, rince abondamment les instruments à l'eau du réseau.	Le rinçage se fait au lavabo de la salle de naissance, ou à celui du bloc si nécessaire.
Infirmier de bloc Aide-infirmier (ou infirmier) de garde	Nettoie au détergent et rince les instruments pour éliminer les salissures et rendre les instruments visuellement propres. Utilise un bac propre, une brosse plastique, des écouvillons et seringues au besoin.	Le personnel porte les équipements de protection individuels adaptés : gants, tablier, lunettes si nécessaire.

Stérilisation (pour le matériel stérilisable)

Acteur	Action	Commentaire
Infirmier de bloc	Achemine le matériel nettoyé et décontaminé en salle de stérilisation en passant par l'arrière-cour ou les escaliers de service.	
Infirmier de bloc	Effectue la stérilisation à l'autoclave à 134° pendant 65 minutes.	L'utilisation d'un autoclave est très chaudement recommandée. À défaut, on utilisera un poupinel en prenant soin de minuter le temps de stérilisation.

Désinfection (uniquement pour le matériel non stérilisable)

Acteur	Action	Commentaire
Infirmier de bloc Aide-infirmier (ou infirmier) de garde	En salle de naissance ou au bloc, immerge le matériel nettoyé, décontaminé et démonté pendant 10 minutes minimum dans une solution de Javel à 0.5% préparée à la minute.	
Infirmier de bloc Aide-infirmier (ou infirmier) de garde	Lave au savon Rince abondamment à l'eau.	

Infirmier de bloc Aide-infirmier (ou infirmier) de garde	Egoutte et sèche avec du linge stérile.	
Infirmier de bloc Aide-infirmier (ou infirmier) de garde	Si le matériel n'est pas utilisé dans l'heure, ou rangé dans un étui désinfecté ou pochette stérile, renouvelle la désinfection avant utilisation.	

Circuit et Stockage

Acteur	Action	Commentaire
Infirmier de bloc Aide-infirmier (ou infirmier) de garde	Transporte le matériel stérilisé ou désinfecté au lieu de stockage qui doit être propre et sec, en évitant les contacts directs contaminants avec le matériel (par exemple, en utilisant des étuis).	
Infirmier de bloc Aide-infirmier (ou infirmier) de garde	Identifie le matériel stérilisé ou désinfecté.	Boîtes fermées