

	Protocole Médical	
	PO05-PM0001 Protocole de préparation SDN et accueil NN	I.E. :2

Détails du document

Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Actes

Historique de l'évolution du document

I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	11/10/2021	CREATION
2	30/01/2024	Modification

Liste des documents de renvoi

Code	Désignation	Type
------	-------------	------

Liste des rédacteurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Yacine Niakh	Assistante Qualité		18/12/2023	09:06:20

Liste des vérificateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Florence SAMBOU	Infirmière Responsable Nurserie		17/01/2024	12:03:18

Liste des approbateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage- femme		30/01/2024	10:24:46

Protocole proposé par Dr FATTAH Mohamed le 10/04/2021, puis corrigé et validé par l'équipe de pédiatrie de NEST, Dr BA Oumou, Dr DOS REIS Maria Rosa, Dr Diop Mariane, Dr DIOP Abdou Lahad, Dr DIOUF Cheikh Ahmed Tidiane, Dr FATTAH Mohamed, Dr NDIAYE Awa, Dr NIANG Tagouthie, Dr ROFFE Philomène ; et Mme BA Bigué, maîtresse sage-femme, Dr DONNADIEU Anne-Claire DONNADIEU, gynécologue, Dr DIOP Abdoulaye, gynécologue, Dr NDIAYE Idrissa, généraliste, Mme SAMBOU Florence, infirmière responsable de la nurserie ; avec l'équipe de la direction : Mme Khady NAKOULIMA, Mme Lauriane LE FLOUR.

La salle de naissance doit être toujours être prête afin d'accueillir un nouveau-né dans les meilleures conditions possibles.

Equipement de la salle de naissance (matériel, consommables et médicaments) :

- 1 Table chauffante
- 1 Aspirateur automatique ou manuel
- 1 Chariot d'urgence
- 2 langes secs et propres
- 1 Pèse bébé
- 1 Centisouple
- 1 BAVU fonctionnel + Masque Taille 00 et 0
- 1 Sondes d'aspirations N6 et N8
- 2 paires de gants stériles
- 1 Clamp de Bar
- 1 Lame de bistouri
- Compresses stériles
- 1 ampoule de VITAMINE K 2mg + 1 seringue à insuline réalisation que de 1mg
- DESOMEDINE collyre
- SEPTIMYL compresses ou spray
- 1 Bonnet
- Lunettes à Oxygène pour nouveau-né
- 1 Chronomètre
- 1 stéthoscope
- 1 saturomètre
- Appareil dextro

Préparation de la salle de naissance et à l'accueil d'un nouveau-né


Afin de faciliter l'accueil du nouveau-né, un Kit salle de naissance* a été mis en place par la clinique.

Préparation de la salle de naissance :

- Matériel et salle de naissance préparés pour accueillir le nouveau-né. (cf. fiche : préparation de la salle de naissance)
 - Allumer la table d'examen néonatale
 - Infirmière appelée avant l'accouchement : vérification du matériel et du dossier médical maternel et prise de connaissance du projet de naissance des parents et modalités pour l'alimentation du nouveau-né
 - Pédiatre de garde avisé systématiquement
-
1. Toujours se présenter au couple et désigner son statut.
 2. On vérifie que tout le matériel est disponible et fonctionnel (Aspirateur et BAVU notamment).
 3. Allumer la table chauffante. La lutte contre l'hypothermie est capitale ! Elle se prévient ! Un nouveau-né « tombe » facilement en hypothermie.
 4. Fenêtres fermées ; éteindre la climatisation afin de maintenir une température autour de 25°C.
 5. On vérifie le carnet de santé de la maman afin de voir si des mesures particulières seront faites chez le nouveau-né.

Mécanisme de perte de chaleur du nouveau-né :

Mécanismes de pertes de chaleur par :

**Les mesures de protection thermiques**

- Nettoyer et sécher rapidement le nouveau-né
- Changer le linge mouillé et l'envelopper dans un linge chaud
- Le laisser en contact peau à peau avec sa mère
- Lui mettre un bonnet en jersey ou en coton, des habits et des chaussettes.

La chaîne de chaud doit être assurée, à savoir :

- Salle d'accouchement chaude (25-28°)
- Report de la pesée et du bain de 6 heures après l'accouchement
- Vêtements et literies adaptés
- Mère et enfant ensemble
- Si transfert, garder le nouveau-né au chaud pendant le transport
- Si réanimation, garder le nouveau-né au chaud.