

	Support Informant	
	PS04-SI0001 Exigences et planification de la maintenance préventive	I.E. :8

Détails du document

Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Gestion des ressources matérielles

Historique de l'évolution du document

I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	06/06/2018	Création
2	18/12/2018	Révision suite à audit
3	24/04/2019	Révision annuelle
4	02/12/2019	Vérifier la liste des équipements (contrôler avec l'inventaire + tour physique pour relever les numéros de série au besoin), vérifier la disponibilité des contrats auprès de Mme Sambe et Mbenda avec la description des exigences minimales. Si besoin contacter les prestataires pour mettre à jour nos exigences.
5	16/10/2020	Modification
6	02/12/2020	Modification
8	23/04/2024	Modification

Liste des documents de renvoi

Code	Désignation	Type
------	-------------	------

Liste des rédacteurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Habibatou SY	Chargée de l'expérience patient		23/04/2024	16:55:12

Liste des vérificateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndoye Ndèye Sokhna	Responsable Opérationnel et Qualité		23/04/2024	16:57:56

Liste des approbateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		23/04/2024	17:27:22

Matériel concerné	Entreprise
Traitements phytosanitaires	FALL MADINA PHYTO SERVICE
Split et climatiseurs	Libre service
Appareils biomédicaux	INSA Biomedical Consulting
Appareils informatiques	Technicien informatique interne à NEST

Téléphonie	Technicien informatique interne à NEST
Groupe électrogène	Neemba
Ascenseur	Technosud
Equipements Labo	Sotelmed
	Saloum Pharma
	Technicienne du Laboratoire
	Technologies Services

t Exigences de la Maintenance Prévenventive

23/04/2024
PS04-S0001
V8

Actions de maintenance préventive	Date ou Fréquence
Désinsectisation (cafards)	Trimestrielle
Traitement moustiques	
Dératisation	
Dépose du conditionneur d'air	Bi-annuelle
Nettoyage complet	
Peinture intérieure et/ou extérieure	
Graissage du moteur ventilateur	
Vérification du circuit électrique et gaz	
Repose du conditionnement	
Charge de gaz	
Contrôle du fonctionnement	
Dépoussiérage du filtre	Trimestrielle
Nettoyage	Semestrielle
Vérification	
Test	
Calibration	Voir Qualipro
Dépoussiérage	Mensuelle
Mises à jour des postes, des derniers patches de sécurité et des dernières définitions de virus	
Vérification du bon fonctionnement	

Évaluation du niveau de vulnérabilité des équipements informatiques (si nécessaire)	
Dépoussiérage	Mensuelle
Vérification du bon fonctionnement	
Sauvegarde de la configuration des équipements téléphonique (si nécessaire)	
Evaluation du niveau de vulnérabilité du système téléphonique	
Mise à jour des correctifs systèmes et logiciels des téléphones	
Vidange	Annuelle (Nouvelle acquisition en 2024)
Vérification du niveau d'eau	
Vérification du niveau d'huile	
Vérification et nettoyage du filtre à air	
Entretien	Mensuelle
Nettoyage	Annuelle
Calibration	
Réglage	
Entretien général / Nettoyage	Annuelle
Entretien général / Nettoyage	Trimestrielle
Entretien général / Nettoyage	Annuelle

