

Prestataires : Kalidou Dia	Date prévue de prestation : 03/12/2020
Adresse : Sicap Foire N°221/A	Date de prestation : 03/12/2020
Téléphone : 77.418.62.38	N° Devis :

Nature des travaux

Entretien appareil Finecare Plus

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Finecare plus		Début : 03/12/2020
Reference :	N° Série : FS113	Fin : 03/12/2020
Emplacement : Laboratoire		Durée : 30mn

Diagnostic :

- ~~Eteindre~~
- Calibrage de l'appareil (OK) ✓
- Test de fonctionnement (TSH) OK

Recommandations :

- Eteindre après manipulation
- Toujours calibrer chaque matin avant démarrage d'activités

Nom et visa vérificateur

