

Fiche d'Intervention N° 00000007

Nom du service demandeur : Clinique Nest

N° du bon de commande :

Entretien :

Dépannage :

(Rayer mention inutile)

Date d'Intervention : 29/11/2022

Type d'appareil dépanné ou visité : Table chauffante

Celipremat

Sous garantie : Hors garantie.....

Opérations effectuées : Vérification de l'état de la table

- Mise en marche

- Thermostat de régulation, défaut pour régler la température impossible de saisir le

clavier de paramétrage de la température

NB Table chauffante à remplacer

Horaires du travail :

Liste des pièces détachées :

Nombre de déplacements : 01

Intervention terminée : Oui Non.....

Intervention donnant lieu à un devis : Oui Non.....

Nom et signature de l'Intervenant

Nom et signature du Client



Yacine DE NEST
CLINIQUE DE NEST
BP: 82002 YOP - Diamalaye
Tél: 33 867 58 58 - 33 835 33 33