

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation :
Adresse : Cite Impôt et Domaine	Date de prestation :
Téléphone : 77 308 94 44	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive.

Type d'intervention
Calibration

☒ Préventive

☐ Curative

☐

Détails des travaux :

Appareil : Bistouri électrique		Début :
BIATERMO 175 160		
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : Bloc opératoire		Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil
 - Vérification de plaque
 - Appareil fonctionnel
 - Nettoyage et désinfection

Recommandations :

Plaque à remplacer

