

Fiche d'intervention

Prestataires: <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation: <i>10/08/2020</i>
Adresse: <i>Libé Impôt et Domaine</i>	Date de prestation: <i>10/08/2020</i>
Téléphone: <i>77 30 89 1 74</i>	N° Devis:

Nature des travaux

maintenance préventive

- Vérification de l'état de l'appareil
- Mise en marche: Test réussi
- Test batterie ok
- Nettoyage et désinfection

Type d'intervention ☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux:

Appareil: <i>Pousse Seringue</i>	Début:
Reference: <i>SPA 112</i>	N° Série: <i>201204180</i>
Emplacement: <i>HUR SERIE</i>	Durée:

Diagnostic:

--

Recommandations:

--



Nom et visa vérificateur

[Signature]