

Prestataires : <u>Insa Biomedica</u>	Date prévue de prestation : <u>16/07/2026</u>
Adresse : <u>Cité Impôt et Domaine</u>	Date de prestation : <u>16/07/2026</u>
Téléphone : <u>77 805 9170</u>	N° Devis :

Nature des travaux

<u>Maintenance préventive</u>

Type d'intervention ☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <u>Respirateur d'anesthésie</u>	Début :
Reference : <u>C-MD-DIV-011</u>	N° Série :
Emplacement : <u>Bloc opératoire</u>	Fin :
	Durée :

Diagnostic :

<u>Vérification de l'état de l'appareil</u> - Mise en marche : Auto test réussi - Test de fuite et de compléance réussi - Test spirométrie non fonctionnel - Nettoyage et désinfection
--

Recommandations :

<u>NB - Batteries defectueuses à remplacer</u> - Cellule O ₂ à remplacer
--

