

Fiche d'intervention

Prestataires: <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation: <u>18/03/2024</u>
Adresse: <u>Cité Impit et Domaine</u>	Date de prestation: <u>18/03/2024</u>
Téléphone:	N° Devis:

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux:

Appareil: <u>Respirateur d'anesthésie</u>	Début:
<u>Dräger Fabius Plus</u>	
Reference:	N° Série: <u>USEC-0078</u>
	Fin:
Emplacement: <u>Bloc opératoire</u>	Durée:

Diagnostic:

Vérification de l'état de l'appareil

- Mise en marche: auto réussi
- Test de fuite et de compliance réussi
- Calibration capteur de débit réussi
- Nettoyage et désinfection

Recommandations:

Cellule O₂ à remplacer



