

Fiche d'intervention

Prestataires: Insa Biomedical	Date prévue de prestation: 19/03/2024
Adresse: Cité impôt et domaine	Date de prestation: 19/03/2020
Téléphone:	N° Devis:

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention: ☐ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux

Appareil: Tensiomètre OMRON	Début:
Reference:	N° Série:
Emplacement: consultation gynécologie	Fin:
	Durée:

Diagnostic:

Vérification de l'état de l'appareil.

- Vérification du brassard.
- Brassard défectueux

Recommandations:

Brassard à remplacer



Nom et visa vérificateur