

Fiche d'intervention

Prestataires: Insa Biomedical	Date prévue de prestation: 29/02/2024
Adresse: Cité Impôt et Lorraine	Date de prestation: 29/02/2024
Téléphone: 77 308 91 74	N° Devis:

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux:

Appareil: Sterilisateur de lait AVENT NATURALLY		Début:
Reference:	N° Série:	Fin:
Emplacement: NURSRIE		Durée:

Diagnostic:

Vérification de l'état de l'appareil
 - Vérification des résistances
 - Nettoyage et désinfection
 - Mise en marche et test

Recommandations:

Il faut utiliser de l'eau distillée dans la chaudière pour la protection des résistances

Nom et visa vérificateur

