

Fiche d'intervention

Prestataires: <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation: <i>29/02/2024</i>
Adresse: <i>cté Impôt et Domaine</i>	Date de prestation: <i>29/02/2024</i>
Téléphone: <i>77 808 91 74</i>	N° Devis:

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux:

Appareil: <i>stérilisateur de lait</i>		Début:
Reference:	N° Série:	Fin:
Emplacement: <i>NURSERIE</i>		Durée:

Diagnostic:

*- Vérification de l'état de l'appareil
- Vérification des résistances chauffantes
- Nettoyage et désinfection*

Recommandations:

Il faut utiliser de l'eau distillée dans la chaudière pour éviter un dépôt de tartre

Nom et visa vérificateur

