

Fiche d'intervention

Prestataires: <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation: <u>29/02/2024</u>
Adresse: <u>Cité Imprimé et domaine</u>	Date de prestation: <u>29/02/2024</u>
Téléphone: <u>77 309 91 74</u>	N° Devis:

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☐ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux:

Appareil: <u>Table chauffante</u>	Début:
Reference: <u>E-MD-DIV-118</u>	N° Série:
Emplacement: <u>Salle d'accouchement</u>	Fin:
	Durée:

Diagnostic:

Verification de l'état de l'appareil.

- Verification de la sonde de température
- Test du marche et Test
- Nettoyage et désinfection

Recommandations:

Nom et visa vérificateur

