

Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 29/02/2024
Adresse : Cde Impôt et Domaine	Date de prestation : 29/02/2024
Téléphone : 07 80 89 174	N° Devis :

Nature des travaux

Type d'intervention ☐ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Moniteur de surveillance CONTEC		Début :
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : Salle de veille		Durée :

Diagnostic :

Identification de l'état de l'appareil.

- Vérification des capteurs SpO₂ ; ECG, tensionnel et sonde de température
- Nettoyage et désinfection

Recommandations :

Cable ECG à remplacer

