



Route de Petit Mbao
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tél : (221) 33 870 02 80
Fax : (221) 33 870 03 30
E-mail: contact@lame.sn

Délivré à : CLINIQUE NEST (SENEGAL)
Issued for

64 liberté 6 Extension
VDN Nord , Dakar
☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CONSTAT DE VERIFICATION
REPORT OF CHECK
N°210-S23327/09

INSTRUMENT ETALONNE
CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : **BALANCE**
(Designation)

Constructeur : /
(Manufacturer)

Portée maximale : **20 kg**
(Max range)

Echelon de vérification : **0,005 kg**
(Echelon)

Identification : **P-MD-MES-021**
(Identification)

Modèle /N° Série : **EBST-20L**
(Model)/ (Serial N°)

Portée Minimale : /
(Min range)

Echelon réel : **0,005 kg**
(Resolution)

Date d'étalonnage : **23/11/2023**
(Calibration date)

Date prochain étalonnage : **22/11/2024**
(Next Calibration date)

Lieu d'étalonnage : **CLINIQUE NEST(DAKAR-SENEGAL)**
(Calibration spot)

Etalonnage réalisé par : **B. BOYE /L. SARR**
(Operator)

Résultats d'étalonnage : **Page(s) suivante(s)**
Calibration results Next page

Observations (Remarks) :

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILÉ PHOTOGRAPHIQUE
INTÉGRAL
THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend : **2 page(s)**
(this document includes)

Date d'émission: **05 Décembre 2023**
(Date of issue)

Le Responsable du Laboratoire
The Laboratory Manager

M. Lamine Bara DIAGNE

Vérification périodique technique

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Désignation : BALANCE	Modèle : EBST-20L	N° de série : /
Marque : /	Classe : III	Localisation : Salle des Constantes
Porté Max : 20 kg	Porté Min : /	Identification : P-MD-MES-021
Echelon : 0,005 kg	Résolution : 0,005 kg	

ESSAIS AVANT CALIBRAGE :

Valeur lue avant calibrage			
Charge		Valeur lue	
10	kg	10,000	kg

ESSAIS PREALABLES : Conforme

Mise à niveau : Conforme

Essai de zéro : Conforme

Essai de tare : Conforme

ESSAI DE JUSTESSE : Conforme


Charges		Valeur lue		Erreur	
1	kg	1,000	kg	0,000	kg
5	kg	5,000	kg	0,000	kg
10	kg	10,000	kg	0,000	kg
15	kg	15,000	kg	0,000	kg
20	kg	20,000	kg	0,000	kg
15	kg	15,000	kg	0,000	kg
10	kg	10,000	kg	0,000	kg
5	kg	5,000	kg	0,000	kg
1	kg	1,000	kg	0,000	kg

ESSAI DE FIDELITE : Conforme

Poids de contrôle (3 essais): 20 kg			Ecart Max(kg)
20,000	20,000	20,000	0,000

ESSAI D'EXCENTRATION : Conforme

Masse de Contrôle : 5 kg



N°	Valeur lue	Ecart(kg)
1	5,005	0,005
2	5,005	0,005
3	4,995	-0,005
4	4,995	-0,005
5	5,000	0,000

N° CERTIFICAT DES POIDS UTILISES (RACCORDES AU SI)

N°23-000-M481 du 25/04/2023

N°23-000-M483 du 26/04/2023

Date d'étalonnage : 23/11/2023

DECISION FINALE : **Conforme**

Opérateur : BADO BOYE /Lamine SARR

► Détermination de l'erreur maximale tolérée (EMT) de la balance suivant la charge :

Erreurs maximales tolérées en vérification périodique	Pour des charges m exprimées en échelons de vérification e			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe III
$\pm 1 e$	$0 \leq m \leq 50\,000$	$0 \leq m \leq 5\,000$	$0 \leq m \leq 500$	$0 \leq m \leq 50$
$\pm 2 e$	$50\,000 < m \leq 200\,000$	$5\,000 < m \leq 20\,000$	$500 < m \leq 2\,000$	$50 < m \leq 200$
$\pm 3 e$	$200\,000 < m$	$20\,000 < m \leq 100\,000$	$2\,000 < m \leq 10\,000$	$200 < m \leq 1\,000$

- 1) Pour une masse déposée entre 0 et 2,5 kg compris, la tolérance est de 0,005 kg.
- 2) Pour une masse déposée entre 2,5 kg et 10 kg compris, la tolérance est de 0,010 kg.
- 3) Pour une masse déposée entre 10 kg et plus compris, la tolérance est de 0,015 kg.

Fin du constat de vérification