

Route de Petit Mbaou
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tél : (221) 33 870 02 80
Fax : (221) 33 870 03 30
E-mail: contact@lame.sn

Délivré à : CLINIQUE NEST (SENEGAL)
Issued for

64 liberté 6 Extension
VDN Nord , Dakar
☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CONSTAT DE VERIFICATION
REPORT OF CHECK
N°210-S23327/02

INSTRUMENT ETALONNE
CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : **BALANCE**
(Designation)

Identification : **C-MD-MES-016**
(Identification)

Constructeur : /
(Manufacturer)

Modèle /N° Série : /
(Model)/(Serial N°)

Portée maximale : **150 kg**
(Max range)

Portée Minimale : /
(Min range)

Echelon de vérification : **1 kg**
(Echelon)

Echelon réel : **1 kg**
(Resolution)

Date d'étalonnage : **23/11/2023**
(Calibration date)

Etalonnage réalisé par : **B. BOYE /L. SARR**
(Operator)

Date prochain étalonnage : **22/11/2024**
(Next Calibration date)

Résultats d'étalonnage : **Page(s) suivante(s)**
Calibration results Next page

Lieu d'étalonnage : **CLINIQUE NEST (DAKAR-SENEGAL)**
(Calibration spot)

Observations (Remarks) :

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILÉ PHOTOGRAPHIQUE
INTÉGRAL
THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend : **2 page(s)**
(this document includes)

Date d'émission: **05 Décembre 2023**
(Date of issue)

Le Responsable du Laboratoire
The Laboratory Manager

M. Lamine Bara DIAGNE

Vérification périodique technique

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Désignation : **BALANCE**

Modèle : **ULISII**

N° de série : /

Marque : /

Classe : **IIII**

Localisation : **Pédiatrie**

Porté Max : **150 kg**

Porté Min : /

Identification : **C-MD-MES-016**

Echelon : **1 kg**

Résolution : **1 kg**

ESSAIS AVANT CALIBRAGE :

Valeur lue avant calibrage			
Charge		Valeur lue	
20	kg	20	kg

ESSAIS PREALABLES : Conforme

Mise à niveau : Conforme

Essai de zéro : Conforme

Essai de tare : Conforme

ESSAI DE JUSTESSE : Conforme


Charges		Valeur lue		Erreur	
5	kg	5	kg	0	kg
20	kg	20	kg	0	kg
60	kg	60	kg	0	kg
100	kg	99	kg	-1	kg
140	kg	139	kg	-1	kg
100	kg	99	kg	-1	kg
60	kg	59	kg	-1	kg
20	kg	20	kg	0	kg
5	kg	5	kg	0	kg

ESSAI DE FIDELITE : Conforme

Poids de contrôle (3 essais): 60 kg			Ecart Max(kg)
60	60	60	0

ESSAI D'EXCENTRATION : Conforme

Masse de Contrôle : 20 kg



N°	Valeur lue	Ecart(kg)
1	20	0
2	20	0
3	19	-1
4	19	-1
5	20	0

N° CERTIFICAT DES POIDS UTILISES
(RACCORDES AU SI)

N°23-000-M481 du 25/04/2023

N°23-000-M483 du 26/04/2023

Date d'étalonnage : 23/11/2023

DECISON FINALE : **Conforme**

Opérateur : **BADO BOYE /Lamine SARR**

► Détermination de l'erreur maximale tolérée (EMT) de la balance suivant la charge :

Erreurs maximales tolérées en vérification périodique	Pour des charges m exprimées en échelons de vérification e			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IIII
$\pm 1 e$	$0 \leq m \leq 50\,000$	$0 \leq m \leq 5\,000$	$0 \leq m \leq 500$	$0 \leq m \leq 50$
$\pm 2 e$	$50\,000 < m \leq 200\,000$	$5\,000 < m \leq 20\,000$	$500 < m \leq 2\,000$	$50 < m \leq 200$
$\pm 3 e$	$200\,000 < m$	$20\,000 < m \leq 100\,000$	$2\,000 < m \leq 10\,000$	$200 < m \leq 1\,000$

1) Pour une masse déposée entre 0 et 50 kg compris, la tolérance est de 1 kg

2) Pour une masse déposée entre 50 kg et plus compris, la tolérance est de 3 kg g.

Fin du constat de vérification