



Route de Petit Mbaou
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tél. : (221) 33 870 02 80
Fax : (221) 33 870 03 30
E-mail: contact@lame.sn

Délivré à : CLINIQUE NEST (SENEGAL)
Issued for

64 liberté 6 Extension
VDN Nord, Dakar
☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CONSTAT DE VERIFICATION

REPORT OF CHECK

N° 210/S22263-04

INSTRUMENT ETALONNE CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : **BALANCE (PESE ADULTE)**
(Designation)

Constructeur : **/**
(Manufacturer)

Portée maximale : **150 kg**
(Max range)

Echelon de vérification : **1 kg**
(Echelon)

Identification : **C-MD-MES-013**
(Identification)

Modèle /N° Série : **/**
(Model)/ (Serial N°)

Portée Minimale : **/**
(Min range)

Echelon réel : **1 kg**
(Resolution)

Date d'étalonnage : **20 / 09 / 2022**
(Calibration date)

Lieu d'étalonnage : **CLINIQUE NEST (DAKAR-SENEGAL)**
(Calibration spot)

Etalonnage réalisé par : **BADO BOYE**
(Operator)

Résultats d'étalonnage : **Page(s) suivante(s)**
Calibration results Next page

Observations (Remarks): **/**

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SMILÉ INTÉGRAL
THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend : **2 page(s)**
(this document includes)

Date d'émission: **27 Septembre 2022**
(Date of issue)

Le Responsable du Laboratoire
The Laboratory Manager



M. Lamine Bara DIAGNE

Vérification périodique technique

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Désignation : BALANCE (PESE ADULTE)	Modèle : /	N° de série : /
Marque : /	Classe : IIII	Localisation : GYNECO-2
Porté Max : 150 kg	Porté Min : /	Identification : C-MD-MES-013
Echelon : 1 kg	Résolution : 1 kg	

ESSAIS AVANT CALIBRAGE :

Valeur lue avant calibrage			
Charge		Valeur lue	
20	kg	18	kg

ESSAIS PREALABLES : Conforme

Mise à niveau : Conforme
 Essai de zéro : Conforme
 Essai de tare : Conforme

ESSAI DE JUSTESSE : Conforme

Charges		Valeur lue		Erreur	
5	kg	5	kg	0	kg
40	kg	39	kg	-1	kg
80	kg	79	kg	-1	kg
100	kg	98	kg	-2	kg
140	kg	138	kg	-2	kg
100	kg	98	kg	-2	kg
80	kg	80	kg	0	kg
40	kg	40	kg	0	kg
5	kg	5	kg	0	kg

ESSAI DE FIDELITE : Conforme

Poids de contrôle: 60 kg (3 essais)			Ecart Max (kg)
59	59	59	0

ESSAI D'EXCENTRATION : Conforme

Masse de Contrôle : 5 kg

		N°	Valeur lue		Ecart(kg)	
		1	5	kg	0	kg
		2	5	kg	0	kg
		3	5	kg	0	kg
		4	5	kg	0	kg
		5	5	kg	0	kg

N° CERTIFICAT DES POIDS UTILISES (RACCORDES AU SI)

N° 22-000-M449 du 21/04/2022
 N° 22-000-M450 du 25/04/2022
 N° 22-000-M418 du 19/05/2021

DECISION FINALE :

Conforme

Date d'étalonnage : 20/09/2022

Opérateur : BADO BOYE

► Détermination de l'erreur maximale tolérée (EMT) de la balance suivant la charge :

Erreurs maximales tolérées en vérification périodique	Pour des charges m exprimées en échelons de vérification e			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IIII
± 1 e	0 ≤ m ≤ 50 000	0 ≤ m ≤ 5 000	0 ≤ m ≤ 500	0 ≤ m ≤ 50
± 2 e	50 000 < m ≤ 200 000	5 000 < m ≤ 20 000	500 < m ≤ 2 000	50 < m ≤ 200
± 3 e	200 000 < m	20 000 < m ≤ 100 000	2 000 < m ≤ 10 000	200 < m ≤ 1 000

- Pour une masse déposée entre 0 et 50 kg compris, la tolérance est de 1 kg.
- Pour une masse déposée entre 50 kg et plus, la tolérance est de 3 kg.

Fin du constat de vérification