



Route de Petit Mbaou
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tél. : (221) 33 870 02 80
Fax. : (221) 33 870 03 30
E-mail: contact@lame.sn

Délivré à : CLINIQUE NEST (SENEGAL)
Issued for

64 liberté 6 Extension
VDN Nord, Dakar
☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CONSTAT DE VERIFICATION

REPORT OF CHECK

N° 210/S22263-01

INSTRUMENT ETALONNE CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : **BALANCE (PESE BEBE)**
(Designation)

Identification : **C-MD-MES-004**
(Identification)

Constructeur : **/**
(Manufacturer)

Modèle /N° Série : **/**
(Model)/ (Serial N°)

Portée maximale : **20 kg / 40 kg**
(Max range)

Portée Minimale : **/**
(Min range)

Echelon de vérification : **0,01 kg/ 0,1 kg**
(Echelon)

Echelon réel : **0,01 kg/ 0,1 kg**
(Resolution)

Date d'étalonnage : **20 / 09 / 2022**
(Calibration date)

Etalonnage réalisé par : **BADO BOYE**
(Operator)

Lieu d'étalonnage : **CLINIQUE NEST (DAKAR-SENEGAL)**
(Calibration spot)

Résultats d'étalonnage : **Page(s) suivante(s)**
Calibration results Next page

Observations (Remarks) : **/**

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SMILÉ INTÉGRAL
THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend : **2 page(s)**
(this document includes)

Date d'émission: **27 Septembre 2022**
(Date of issue)

Le Responsable du Laboratoire
The Laboratory Manager



M. Lamine Bara DIAGNE

Vérification périodique technique

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Désignation : BALANCE (PESE BEBE)	Modèle : /	N° de série : /
Marque : /	Classe : III	Localisation : Salle de Naissance
Porté Max : 20 kg/40 kg	Porté Min : /	Identification : C-MD-MES-004
Echelon : 0,01 kg/0,1 kg	Résolution : 0,01 kg/0,1 kg	

ESSAIS AVANT CALIBRAGE :

Valeur lue avant calibrage			
Charge		Valeur lue	
20	kg	20,0	kg

ESSAIS PREALABLES : Conforme

Mise à niveau : Conforme
 Essai de zéro : Conforme
 Essai de tare : Conforme

ESSAI DE JUSTESSE : Conforme

Charges		Valeur lue		Erreur	
5	kg	5,01	kg	0,01	kg
10	kg	10,00	kg	0,00	kg
20	kg	20,00	kg	0,00	kg
25	kg	25,0	kg	0,0	kg
40	kg	40,0	kg	0,0	kg
25	kg	25,0	kg	0,0	kg
20	kg	20,00	kg	0,00	kg
10	kg	10,00	kg	0,00	kg
5	kg	5,00	kg	0,00	kg

ESSAI DE FIDELITE : Conforme

Poids de contrôle: 40 kg (3 essais)			Ecart Max (kg)
40,0	40,0	40,0	0,0

ESSAI D'EXCENTRATION : Conforme

Masse de Contrôle : 5 kg

N°		Valeur lue		Ecart(kg)	
1	3	4,99	kg	-0,01	kg
2	5	5,01	kg	0,01	kg
3	4	5,00	kg	0,00	kg
4	2	5,00	kg	0,00	kg
5	1	5,01	kg	0,01	kg

N° CERTIFICAT DES POIDS UTILISES (RACCORDES AU SI)
 N° 22-000-M449 du 21/04/2022
 N° 22-000-M450 du 25/04/2022
 N° 22-000-M418 du 19/05/2021

DECISION FINALE :

Conforme

Date d'étalonnage : 20/09/2022

Opérateur : BADO BOYE

► Détermination de l'erreur maximale tolérée (EMT) de la balance suivant la charge :

Erreurs maximales tolérées en vérification périodique	Pour des charges m exprimées en échelons de vérification e			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe III
$\pm 1 e$	$0 \leq m \leq 50\,000$	$0 \leq m \leq 5\,000$	$0 \leq m \leq 500$	$0 \leq m \leq 50$
$\pm 2 e$	$50\,000 < m \leq 200\,000$	$5\,000 < m \leq 20\,000$	$500 < m \leq 2\,000$	$50 < m \leq 200$
$\pm 3 e$	$200\,000 < m$	$20\,000 < m \leq 100\,000$	$2\,000 < m \leq 10\,000$	$200 < m \leq 1\,000$

Pour la plage d'échelon de 0,01 kg :

- Pour une masse déposée entre 0 et 5 kg compris, la tolérance est de 0,01 kg.
- Pour une masse déposée entre 5 kg et plus, la tolérance est de 0,03 kg.

Pour la plage d'échelon de 0,1 kg :

- Pour une masse déposée entre 0 et 5 kg compris, la tolérance est de 0,1 kg.
- Pour une masse déposée entre 5 kg et 20 kg compris, la tolérance est de 0,2 kg.
- Pour une masse déposée entre 20 kg et plus, la tolérance est de 0,3 kg.

Fin du constat de vérification