



Route de Petit Mbao
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tel. : (221) 33 870 02 80
Fax. : (221) 33 870 03 30
E-mail: contact@lame.sn

Délivré à : **CLINIQUE NEST (SENEGAL)**
Issued for

64 liberté 6 Extension
VDN Nord, Dakar
☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CONSTAT DE VERIFICATION

REPORT OF CHECK

N° 210/S22264-10

INSTRUMENT ETALONNE CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : **BALANCE (PESE BEBE)**
(Designation)

Constructeur : **/**
(Manufacturer)

Portée maximale : **20 kg**
(Max range)

Echelon de vérification : **0,005 kg**
(Echelon)

Identification : **P-MD-MES-003**
(Identification)

Modèle /N° Série : **EBSA-20**
(Model)/ (Serial N°)

Portée Minimale : **/**
(Min range)

Echelon réel : **0,005 kg**
(Resolution)

Date d'étalonnage : **21/ 09/ 2022**
(Calibration date)

Lieu d'étalonnage : **CLINIQUE NEST (DAKAR-SENEGAL)**
(Calibration spot)

Etalonnage réalisé par : **BADO BOYE**
(Operator)

Résultats d'étalonnage : **Page(s) suivante(s)**
Calibration results Next page

Observations (Remarks): **/**

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SMILÉ INTÉGRAL
THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend : **2 page(s)**
(this document includes)

Date d'émission: **27 Septembre 2022**
(Date of issue)

Le Responsable du Laboratoire
The Laboratory Manager



M. Lamine Bara DIAGNE

Vérification périodique technique

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Désignation : **BALANCE (PESE BEBE)**

Marque : /

Porté Max : 20 kg

Echelon : 0,005 kg

Modèle : **EBSA-20**

Classe : **III**

Porté Min : /

Résolution : 0,005 kg

N° de série : /

Localisation : **Salle des Constante**

Identification : **P-MD-MES-003**

ESSAIS AVANT CALIBRAGE :

Valeur lue avant calibrage			
Charge		Valeur lue	
5	kg	5,000	kg

ESSAIS PREALABLES : Conforme

Mise à niveau : Conforme

Essai de zéro : Conforme

Essai de tare : Conforme

ESSAI DE JUSTESSE : Conforme

Charges		Valeur lue		Erreur	
2	kg	2,000	kg	0,000	kg
5	kg	5,000	kg	0,000	kg
10	kg	10,005	kg	0,005	kg
15	kg	15,005	kg	0,005	kg
20	kg	20,005	kg	0,005	kg
15	kg	15,005	kg	0,005	kg
10	kg	10,005	kg	0,005	kg
5	kg	5,000	kg	0,000	kg
2	kg	2,000	kg	0,000	kg

ESSAI DE FIDELITE : Conforme

Poids de contrôle: 20 kg (3 essais)			Ecart Max (kg)
20,005	20,000	20,000	0,005

ESSAI D'EXCENTRATION : Conforme

Masse de Contrôle : 5 kg

		N°	Valeur lue		Ecart(kg)
1 3 5 2 4	1	5,010	kg	0,010	kg
	2	5,005	kg	0,005	kg
	3	4,990	kg	-0,010	kg
	4	4,990	kg	-0,010	kg
	5	5,000	kg	0,000	kg

N° CERTIFICAT DES POIDS UTILISES (RACCORDES AU SI)

N° 22-000-M449 du 21/04/2022

N° 22-000-M450 du 25/04/2022

N° 22-000-M418 du 19/05/2021

DECISION FINALE : **Conforme**

Date d'étalonnage : 21/09/2022

Opérateur : **BADO BOYE**

► Détermination de l'erreur maximale tolérée (EMT) de la balance suivant la charge :

Erreurs maximales tolérées en vérification périodique	Pour des charges m exprimées en échelons de vérification e			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe III
$\pm 1 e$	$0 \leq m \leq 50\ 000$	$0 \leq m \leq 5\ 000$	$0 \leq m \leq 500$	$0 \leq m \leq 50$
$\pm 2 e$	$50\ 000 < m \leq 200\ 000$	$5\ 000 < m \leq 20\ 000$	$500 < m \leq 2\ 000$	$50 < m \leq 200$
$\pm 3 e$	$200\ 000 < m$	$20\ 000 < m \leq 100\ 000$	$2\ 000 < m \leq 10\ 000$	$200 < m \leq 1\ 000$

- Pour une masse déposée entre 0 et 2,5 kg compris, la tolérance est de 0,005 kg.
- Pour une masse déposée entre 2,5 kg et 10 kg compris, la tolérance est de 0,010 kg.
- Pour une masse déposée entre 10 kg et plus, la tolérance est de 0,015 kg.

Fin du constat de vérification