



Route de Petit Mbao
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tél. : (221) 33 870 02 80
Fax. : (221) 33 870 03 30
E-mail: contact@lame.sn

Délivré à : CLINIQUE NEST (SENEGAL)
Issued for

64 liberté 6 Extension
VDN Nord, Dakar
☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CONSTAT DE VERIFICATION

REPORT OF CHECK

N° 210/S22263-07

INSTRUMENT ETALONNE CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : **BALANCE (PESE ADULTE)**
(Designation)

Identification : **C-MD-MES-016**
(Identification)

Constructeur : **/**
(Manufacturer)

Modèle /N° Série : **/**
(Model)/ (Serial N°)

Portée maximale : **150 kg**
(Max range)

Portée Minimale : **/**
(Min range)

Echelon de vérification : **1 kg**
(Echelon)

Echelon réel : **1 kg**
(Resolution)

Date d'étalonnage : **20 / 09 / 2022**
(Calibration date)

Etalonnage réalisé par : **BADO BOYE**
(Operator)

Lieu d'étalonnage : **CLINIQUE NEST (DAKAR-SENEGAL)**
(Calibration spot)

Résultats d'étalonnage : **Page(s) suivante(s)**
Calibration results Next page

Observations (Remarks): **/**

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SMILÉ INTÉGRAL
THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend : **2 page(s)**
(this document includes)

Date d'émission: **27 Septembre 2022**
(Date of issue)

Le Responsable du Laboratoire
The Laboratory Manager



M. Lamine Bara DIAGNE

Vérification périodique technique

Caractéristiques du matériel

Désignation : BALANCE (PESE ADULTE)

Modèle : /

N° de série : /

Marque : /

Classe : IIII

Localisation : PEDIATRIE

Porté Max : 150 kg

Porté Min : /

Identification : C-MD-MES-016

Echelon : 1 kg

Résolution : 1 kg

ESSAIS AVANT CALIBRAGE :

ESSAIS PREALABLES : Conforme

Valeur lue avant calibrage

Mise à niveau : Conforme

Charge

Valeur lue

Essai de zéro : Conforme

20

kg

19

kg

Essai de tare : Conforme

ESSAI DE JUSTESSE : Conforme

ESSAI DE FIDELITE : Conforme

Charges

Valeur lue

Erreur

5

kg

5

kg

0

kg

40

kg

40

kg

0

kg

80

kg

79

kg

-1

kg

100

kg

99

kg

-1

kg

140

kg

139

kg

-1

kg

100

kg

99

kg

-1

kg

80

kg

80

kg

0

kg

40

kg

40

kg

0

kg

5

kg

5

kg

0

kg

Poids de contrôle: 60 kg (3 essais)

Ecart Max (kg)

59

59

59

0

ESSAI D'EXCENTRATION : Conforme

Masse de Contrôle : 5 kg

1

3

5

2

4

N°

Valeur lue

Ecart(kg)

1

20

kg

0

kg

2

20

kg

0

kg

3

20

kg

0

kg

4

20

kg

0

kg

5

20

kg

0

kg

N° CERTIFICAT DES POIDS UTILISES (RACCORDÉS AU SI)

N° 22-000-M449 du 21/04/2022

N° 22-000-M450 du 25/04/2022

N° 22-000-M418 du 19/05/2021

DECISION FINALE :

Conforme

Date d'étalonnage : 20/09/2022

Opérateur : BADO BOYE

► Détermination de l'erreur maximale tolérée (EMT) de la balance suivant la charge :

Erreurs maximales tolérées en vérification périodique	Pour des charges m exprimées en échelons de vérification e			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe III
$\pm 1 e$	$0 \leq m \leq 50\ 000$	$0 \leq m \leq 5\ 000$	$0 \leq m \leq 500$	$0 \leq m \leq 50$
$\pm 2 e$	$50\ 000 < m \leq 200\ 000$	$5\ 000 < m \leq 20\ 000$	$500 < m \leq 2\ 000$	$50 < m \leq 200$
$\pm 3 e$	$200\ 000 < m$	$20\ 000 < m \leq 100\ 000$	$2\ 000 < m \leq 10\ 000$	$200 < m \leq 1\ 000$

- Pour une masse déposée entre 0 et 50 kg compris, la tolérance est de 1 kg.
- Pour une masse déposée entre 50 kg et plus, la tolérance est de 3 kg.

Fin du constat de vérification