



Route de Petit Mbao
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tél. : (221) 33 870 02 80
Fax. : (221) 33 870 03 30
E-mail : contact@lame.sn

Délivré à : **CLINIQUE NEST (SENEGAL)**
Issued for

64 liberté 6 Extension
VDN Nord, Dakar
☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CONSTAT DE VERIFICATION

REPORT OF CHECK

N° 210/S22263-02

INSTRUMENT ETALONNE CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : **BALANCE (PESE BEBE)**
(Designation)

Identification : **C-MD-MES-006**
(Identification)

Constructeur : **/**
(Manufacturer)

Modèle /N° Série : **/**
(Model)/ (Serial N°)

Portée maximale : **20 kg / 40 kg**
(Max range)

Portée Minimale : **/**
(Min range)

Echelon de vérification : **0,01 kg/ 0,1 kg**
(Echelon)

Echelon réel : **0,01 kg/ 0,1 kg**
(Resolution)

Date d'étalonnage : **20 / 09 / 2022**
(Calibration date)

Etalonnage réalisé par : **BADO BOYE**
(Operator)

Lieu d'étalonnage : **CLINIQUE NEST (DAKAR-SENEGAL)**
(Calibration spot)

Résultats d'étalonnage : **Page(s) suivante(s)**
Calibration results Next page

Observations (Remarks): **/**

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SMILÉ INTÉGRAL
THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend : **2 page(s)**
(this document includes)

Date d'émission: **27 Septembre 2022**
(Date of issue)

Le Responsable du Laboratoire
The Laboratory Manager



M. Lamine Bara DIAGNE

Vérification périodique technique

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Désignation : **BALANCE (PESE BEBE)**

Modèle : /

N° de série : /

Marque : /

Classe : III

Localisation : **PEDIATRIE**

Porté Max : **20 kg/40 kg**

Porté Min : /

Identification : **C-MD-MES-006**

Echelon : **0,01 kg/0,1 kg**

Résolution : **0,01 kg/0,1 kg**

ESSAIS AVANT CALIBRAGE :

Valeur lue avant calibrage			
Charge		Valeur lue	
20	kg	20,0	kg

ESSAIS PREALABLES : Conforme

Mise à niveau : Conforme

Essai de zéro : Conforme

Essai de tare : Conforme

ESSAI DE JUSTESSE : Conforme

Charges		Valeur lue		Erreur	
5	kg	5,00	kg	0,00	kg
10	kg	10,00	kg	0,00	kg
20	kg	20,0	kg	0,0	kg
25	kg	25,0	kg	0,0	kg
40	kg	40,1	kg	0,1	kg
25	kg	25,0	kg	0,0	kg
20	kg	20,0	kg	0,0	kg
10	kg	10,00	kg	0,00	kg
5	kg	5,00	kg	0,00	kg

ESSAI DE FIDELITE : Conforme

Poids de contrôle: 20 kg (3 essais)			Ecart Max (kg)
20,0	20,0	20,0	0,0

ESSAI D'EXCENTRATION : Conforme

Masse de Contrôle : 5 kg

		N°	Valeur lue		Ecart(kg)
1 3 5 2 4	1	4,99	kg	-0,01	kg
	2	5,00	kg	0,00	kg
	3	5,00	kg	0,00	kg
	4	5,00	kg	0,00	kg
	5	5,01	kg	0,01	kg

N° CERTIFICAT DES POIDS UTILISES (RACCORDES AU SI)

N° 22-000-M449 du 21/04/2022

N° 22-000-M450 du 25/04/2022

N° 22-000-M418 du 19/05/2021

DECISION FINALE :

Conforme

Date d'étalonnage : **20/09/2022**

Opérateur : **BADO BOYE**

► Détermination de l'erreur maximale tolérée (EMT) de la balance suivant la charge :

Erreurs maximales tolérées en vérification périodique	Pour des charges m exprimées en échelons de vérification e			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe III
± 1 e	0 ≤ m ≤ 50 000	0 ≤ m ≤ 5 000	0 ≤ m ≤ 500	0 ≤ m ≤ 50
± 2 e	50 000 < m ≤ 200 000	5 000 < m ≤ 20 000	500 < m ≤ 2 000	50 < m ≤ 200
± 3 e	200 000 < m	20 000 < m ≤ 100 000	2 000 < m ≤ 10 000	200 < m ≤ 1 000

Pour la plage d'échelon de 0,01 kg :

- Pour une masse déposée entre 0 et 5 kg compris, la tolérance est de 0,01 kg.
- Pour une masse déposée entre 5 kg et plus, la tolérance est de 0,03 kg.

Pour la plage d'échelon de 0,1 kg :

- Pour une masse déposée entre 0 et 5 kg compris, la tolérance est de 0,1 kg.
- Pour une masse déposée entre 5 kg et 20 kg compris, la tolérance est de 0,2 kg.
- Pour une masse déposée entre 20 kg et plus, la tolérance est de 0,3 kg.

Fin du constat de vérification