



Route de Petit Mbao
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tél : (221) 33 870 02 80
Fax : (221) 33 870 03 30
E-mail: contact@lame.sn

Délivré à : **CLINIQUE NEST (SENEGAL)**
Issued for

64 liberté 6 Extension
VDN Nord , Dakar
☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CONSTAT DE VERIFICATION
REPORT OF CHECK
N°210-S23327/07

INSTRUMENT ETALONNE
CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : **BALANCE**
(Designation)

Constructeur : **GILBERT**
(Manufacturer)

Portée maximale : **20 kg**
(Max range)

Echelon de vérification : **0,01 kg**
(Echelon)

Identification : **C-MD-MES-006**
(Identification)

Modèle /N° Série : **/**
(Model)/(Serial N°)

Portée Minimale : **/**
(Min range)

Echelon réel : **0,01 kg**
(Resolution)

Date d'étalonnage : **23/11/2023**
(Calibration date)

Date prochain étalonnage : **22/11/2024**
(Next Calibration date)

Lieu d'étalonnage : **CLINIQUE NEST(DAKAR-SENEGAL)**
(Calibration spot)

Etalonnage réalisé par : **B. BOYE /L. SARR**
(Operator)

Résultats d'étalonnage : **Page(s) suivante(s)**
Calibration results Next page

Observations (Remarks) :

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILÉ PHOTOGRAPHIQUE
INTÉGRAL
THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend : **2 page(s)**
(this document includes)

Date d'émission: **05 Décembre 2023**
(Date of issue)

Le Responsable du Laboratoire
The Laboratory Manager

M. Lamine Bara DIAGNE

Vérification périodique technique

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Désignation : **BALANCE** Modèle : / N° de série : /
 Marque : **GILBERT** Classe : **III** Localisation : **Pédiatrie**
 Porté Max : **20 kg** Porté Min : / Identification : **C-MD-MES-006**
 Echelon : **0,01 kg** Résolution : **0,01 kg**

ESSAIS AVANT CALIBRAGE :

Valeur lue avant calibrage			
Charge		Valeur lue	
20	kg	20,00	kg

ESSAIS PREALABLES : Conforme

Mise à niveau : Conforme

Essai de zéro : Conforme

Essai de tare : Conforme

ESSAI DE JUSTESSE : Conforme


Charges		Valeur lue		Erreur	
2	kg	2,00	kg	0,00	kg
5	kg	5,00	kg	0,00	kg
10	kg	10,00	kg	0,00	kg
15	kg	15,00	kg	0,00	kg
20	kg	20,00	kg	0,00	kg
15	kg	15,00	kg	0,00	kg
10	kg	10,00	kg	0,00	kg
5	kg	5,00	kg	0,00	kg
2	kg	2,00	kg	0,00	kg

ESSAI DE FIDELITE : Conforme

Poids de contrôle (3 essais): 20 kg			Ecart Max(kg)
20,00	20,00	20,00	0,00

ESSAI D'EXCENTRATION : Conforme

Masse de Contrôle : 5 kg



N°	Valeur lue	Ecart(kg)
1	5,00	0,00
2	5,00	0,00
3	5,00	0,00
4	5,00	0,00
5	5,00	0,00

N° CERTIFICAT DES POIDS UTILISES (RACCORDÉS AU SI)

N°23-000-M481 du 25/04/2023

N°23-000-M483 du 26/04/2023

Date d'étalonnage : 23/11/2023

DECISON FINALE : **Conforme**

Opérateur : BADO BOYE /Lamine SARR

► Détermination de l'erreur maximale tolérée (EMT) de la balance suivant la charge :

Erreurs maximales tolérées en vérification périodique	Pour des charges m exprimées en échelons de vérification e			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe III
$\pm 1 e$	$0 \leq m \leq 50\,000$	$0 \leq m \leq 5\,000$	$0 \leq m \leq 500$	$0 \leq m \leq 50$
$\pm 2 e$	$50\,000 < m \leq 200\,000$	$5\,000 < m \leq 20\,000$	$500 < m \leq 2\,000$	$50 < m \leq 200$
$\pm 3 e$	$200\,000 < m$	$20\,000 < m \leq 100\,000$	$2\,000 < m \leq 10\,000$	$200 < m \leq 1\,000$

- 1) Pour une masse déposée entre 0 et 5 kg compris, la tolérance est de 0,01 kg
- 2) Pour une masse déposée entre 5 kg et plus compris, la tolérance est de 0,03 kg.

Fin du constat de vérification