



Route de Petit Mbao
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tél : (221) 33 870 02 80
Fax : (221) 33 870 03 30
E-mail: contact@lame.sn

Délivré à : CLINIQUE NEST (SENEGAL)

Issued for

64 liberté 6 Extension

VDN Nord , Dakar

☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CONSTAT DE VERIFICATION

REPORT OF CHECK

N°210-S23327/04

INSTRUMENT ETALONNE CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : **BALANCE**
(Designation)

Identification : **C-MD-MES-013**
(Identification)

Constructeur : /
(Manufacturer)

Modèle /N° Série : /
(Model)/ (Serial N°)

Portée maximale : **150 kg**
(Max range)

Portée Minimale : /
(Min range)

Echelon de vérification : **1 kg**
(Echelon)

Echelon réel : **1 kg**
(Resolution)

Date d'étalonnage : **23/11/2023**
(Calibration date)

Etalonnage réalisé par : **B. BOYE /L. SARR**
(Operator)

Date prochain étalonnage : **22/11/2024**
(Next Calibration date)

Résultats d'étalonnage : **Page(s) suivante(s)**
Calibration results Next page

Lieu d'étalonnage : **CLINIQUE NEST(DAKAR-SENEGAL)**
(Calibration spot)

Observations (Remarks) :

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILÉ PHOTOGRAPHIQUE INTÉGRAL

THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend : **2 page(s)**
(this document includes)

Date d'émission: **05 Décembre 2023**
(Date of issue)

Le Responsable du Laboratoire
The Laboratory Manager

M. Lamine Bara DIAGNE

Vérification périodique technique

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Désignation : BALANCE	Modèle : /	N° de série : /
Marque : /	Classe : IIII	Localisation : Gynécologue
Porté Max : 150 kg	Porté Min : /	Identification : C-MD-MES-013
Echelon : 1 kg	Résolution : 1 kg	

ESSAIS AVANT CALIBRAGE :

Valeur lue avant calibrage			
Charge		Valeur lue	
40	kg	40	kg

ESSAIS PREALABLES : Conforme

Mise à niveau : Conforme

Essai de zéro : Conforme

Essai de tare : Conforme

ESSAI DE JUSTESSE : Conforme


Charges		Valeur lue		Erreur	
20	kg	20	kg	0	kg
40	kg	40	kg	0	kg
80	kg	79	kg	-1	kg
100	kg	99	kg	-1	kg
140	kg	139	kg	-1	kg
100	kg	99	kg	-1	kg
80	kg	79	kg	-1	kg
40	kg	40	kg	0	kg
20	kg	20	kg	0	kg

ESSAI DE FIDELITE : Conforme

Poids de contrôle (3 essais): 60 kg			Ecart Max(kg)
60	60	60	0

ESSAI D'EXCENTRATION : Conforme

Masse de Contrôle : 40 kg



N°	Valeur lue	Ecart(kg)
1	40	0
2	39	-1
3	39	-1
4	39	-1
5	40	0

N° CERTIFICAT DES POIDS UTILISES
(RACCORDES AU SI)
N°23-000-M481 du 25/04/2023
N°23-000-M483 du 26/04/2023
Date d'étalonnage : 23/11/2023

DECISION FINALE : **Conforme**

Opérateur : BADO BOYE /Lamine SARR

► Détermination de l'erreur maximale tolérée (EMT) de la balance suivant la charge :

Erreurs maximales tolérées en vérification périodique	Pour des charges m exprimées en échelons de vérification e			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IIII
± 1 e	0 ≤ m ≤ 50 000	0 ≤ m ≤ 5 000	0 ≤ m ≤ 500	0 ≤ m ≤ 50
± 2 e	50 000 < m ≤ 200 000	5 000 < m ≤ 20 000	500 < m ≤ 2 000	50 < m ≤ 200
± 3 e	200 000 < m	20 000 < m ≤ 100 000	2 000 < m ≤ 10 000	200 < m ≤ 1 000

1) Pour une masse déposée entre 0 et 50 kg compris, la tolérance est de 1 kg

2) Pour une masse déposée entre 50 kg et plus compris, la tolérance est de 3 kg g.

Fin du constat de vérification