

Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation :
Adresse : Cite Impôt et Domaine	Date de prestation : 30/09/2022
Téléphone : 33 8 35 14 14	N° Devis :

Nature des Travaux

Maintenance préventive.

Détails de l'intervention

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Appareil : Moniteur de surveillance GOMTEC EDAN.		Début :
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : Salle de nuit veille		Durée :

Vérification de l'état de la machine.
Vérification des différents paramètres (SpO₂, Brassard, sonde de température et ECG) Appareil opérationnel

Nom et visa vérificateur

