

Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation :
Adresse : Cte Impôt et Domain	Date de prestation :
Téléphone : 33 835 14 14	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance corrective

Détails de l'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Appareil : table chauffante Dreger Babytherm.		Début :
Reference : CND DIV. 015	N° Série :	Fin :
Emplacement : Salle de naissance		Durée :

Vérification de l'état de l'appareil
- Vérification du circuit électrique et électronique
- Deux cartes sont défectueuses à remplacer
Appareil non fonctionnel

Nom et visa vérificateur