

Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 07/03/2022
Adresse : Cde Imhot et donaurio	Date de prestation :
Téléphone : 33836 14 14	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Appareil : Aspirateur		Début :
Reference : G1716	N° Série :	Fin :
Emplacement : Rue operatoire		Durée :

Indication de l'état de la machine :
- Mise en marche et test : appareil fonctionnel
- nettoyage et désinfection

Coller un filin anti-salmon pour protéger la pompe d'aspiration

