

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation : <i>07/03/2022</i>
Adresse : <i>Cité Impt et domaine</i>	Date de prestation :
Téléphone : <i>3383514 14</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Quintenne préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Appareil : <i>Aspirateur de soucoupe</i>	Début :
Reference : <i>Yuvell</i>	N° Série :
Emplacement : <i>Salle d'accouchement</i>	Fin :
	Durée :

- Vérification de l'état de la machine
- Mise en marche Test de débit
- Nettoyage et désinfection

