

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation :
Adresse : <i>Bte Impot et Lomaine-</i>	Date de prestation : <i>16/11/2022</i>
Téléphone : <i>33 83 5 14 14-</i>	N° Devis :

Nature des travaux

<i>Maintenance préventive</i>

Détails de l'intervention

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

Appareil : <i>Concentrateur d'oxygène</i>		Début :
Reference : <i>CM-D BW 100</i>	N° Série :	Fin :
Emplacement : <i>Bloc opératoire</i>		Durée :

<i>Vérification de l'état de la machine -</i> <i>Mise en marche test % oxygène OK,</i> <i>Nettoyage et désinfection</i>

--

Nom et visa vérificateur

