

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation :
Adresse : <i>Cité Impat et Domaine</i>	Date de prestation : <i>16/11/2022</i>
Téléphone : <i>33 835 14 14</i>	N° Devis :

Nature des travaux

<i>Entretien préventif</i>

Détails de l'intervention

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

Appareil : <i>échographie Voluson P8</i>		Début :
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : <i>Salle Gynécologie 1</i>		Durée :

<i> - Vérification de l'état de la machine - Mise en marche, test des sondes et l'imprimante - Nettoyage et désinfection </i>

<i> Placer une housse pour la protection de la machine. </i>
--

Nom et visa vérificateur

