

Fiche d'intervention

Prestataires : K.B	Date prévue de prestation :
Adresse : Parcelle Assainie	Date de prestation : 12/05/20
Téléphone : 773089174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Poupinel		Début : 10h
Reference : CYAN	N° Série : 180800700	Fin : 11h
Emplacement : Gyneco 2		Durée : 1h

Diagnostic :

Nettoyage et désinfection de l'appareil
Vérification de résistance OK
Vérification des minuterie OK
Appareil fonctionnel

Recommandations :

Il faut penser à avoir un autoclave pour être dans les normes



Nom et visa vérificateur

Bakhaoukha.