

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Karim Bakhayokho</i>	Date prévue de prestation :
Adresse : <i>Parcelle Palle d'ore</i>	Date de prestation : <i>22/05/20</i>
Téléphone : <i>77 308 9174</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>Cardiotocographe</i>		Début : <i>10h</i>
Reference : <i>EDAN</i>	N° Série : <i>33007211-135059</i> <i>00001</i>	Fin : <i>10h 30 mn</i>
Emplacement : <i>Salle de travail</i>		Durée : <i>30 mn</i>

Diagnostic :

*Vérification de la sonde US OK
Vérification de la sonde Toco OK
Vérification de l'alarme OK
Vérification de l'imprimante OK, Appareil fonctionnel*

Recommandations :

Il faut toujours brancher l'appareil

Nom et visa vérificateur

Bakhayokho

