

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Koum Bakhoukha</i>	Date prévue de prestation :
Adresse : <i>Parcelle Patte d'oie</i>	Date de prestation : <i>02/06/20</i>
Téléphone : <i>77 308 9174</i>	N° Devis :

Nature des travaux

<i>Maintenance Préventive</i>

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>Cardiotocographe</i>		Début : <i>10h</i>
Reference : <i>GT Goldway</i>	N° Série : <i>CN14200219</i>	Fin : <i>10h 30mn</i>
Emplacement : <i>Salle de travail</i>		Durée : <i>30mn</i>

Diagnostic :

<i>Nettoyage et désinfection de l'appareil</i> <i>Vérification des sondes US OK</i> <i>Vérification des sondes fœtales OK</i> <i>Appareil fonctionne</i>

Recommandations :

<i>Il faut laisser passer l'appareil branché</i>
--

Nom et visa vérificateur

Bakhoukha
