

Fiche d'intervention

Prestataires : INSA BIOMEDICAL	Date prévue de prestation : 15/11/2019
Adresse :	Date de prestation : 15/11/2019
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance ~~préventive~~ Corrective

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☒ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

NB L'appareil a été déjà diagnostiqué

Appareil : Défibrillateur ODAM		Début : 10H 20
Reference :	N° Série : 1500288	Fin : 10H 30
Emplacement : BLOC		Durée : 10 mins

Diagnostic :

- Vérification de la machine
- Appareil hors service
- Carte alimentation défectueuse

Recommandations :

Carte à remplacer
changer l'appareil

Nom et visa vérificateur

[Signature]

