

Fiche d'intervention

Prestataires : K. B	Date prévue de prestation :
Adresse : Parcels Patte d'oie	Date de prestation : 19/05/20
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Echographie Portatif		Début :
Reference : Mindray DP-4900	N° Série : NG-15000576	Fin :
Emplacement : Plateau Medical		Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil OK Nettoyage et désinfection de sonde Dépannage de l'appareil Appareil fonctionnel
--

Recommandations :

Il faut toujours nettoyer les sondes après utilisation
--



Nom et visa vérificateur

Bakharokho

