

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>INSA BIOMEDICAL</i>	Date prévue de prestation : <i>20/11/2019</i>
Adresse :	Date de prestation : <i>20/11/2019</i>
Téléphone : <i>773089174</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>Pèse bébé ERSA-20</i>	Début : <i>11H 42</i>
Reference :	N° Série :
	Fin : <i>11H 56</i>
Emplacement : <i>salle des constantes RDC</i>	Durée : <i>14 mins</i>

Diagnostic :

- Vérification de l'état de la machine.
- Mise en marche et test : Appareil fonctionnel
- Nettoyage et désinfection

Recommandations :

Nom et visa vérificateur



[Signature]