

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Kaïm Bakhayokho</i>	Date prévue de prestation :
Adresse : <i>Parcelle Pato d'ore</i>	Date de prestation : <i>14/05/20</i>
Téléphone : <i>773085174</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>Pouso Seungue</i>		Début :
Reference : <i>PHOENIX</i>	N° Série : <i>70101002</i>	Fin :
Emplacement : <i>NURSERIE</i>		Durée : <i>10mn</i>

Diagnostic :

*Nettoyage et désinfection de l'appareil
Vérification du moteur Pas à Pas
Test de fonctionnalité réussi
Appareil fonctionnel*

Recommandations :

Pouvoir le remplacement de la batterie

Nom et visa vérificateur

Bakhayokho

