

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Karim Bakhayoklo</i>	Date prévue de prestation :
Adresse : <i>Panneau Patte d'oie</i>	Date de prestation : <i>18/05/20</i>
Téléphone :	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Respirateur d'anesthésie

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>Respirateur</i>		Début : <i>10h</i>
Reference : <i>Drager</i>	N° Série : <i>ASED-0226</i>	Fin : <i>11h-20</i>
Emplacement : <i>Bloc</i>		Durée : <i>1h 20</i>


Diagnostic :

*Vérification des paramètres Ventilatoire OK
Etalonnage du capteur de débit OK
Vérification des ballons OK
Echec de la calibration de la cellule O2*

Recommandations :

*Il faut prévoir le kit de maintenance
et remplacer la cellule O2*

Nom et visa vérificateur



Bakhayoklo