

Fiche d'intervention

Prestataires : Karim Bakhoukha	Date prévue de prestation :
Adresse : Ponce 16 Patte d'oie	Date de prestation : 15/05/20
Téléphone : 773089174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive.

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Sciolytique Robot		Début : 11h
Reference : Lampe	N° Série : CH-W520	Fin : 12h
Emplacement : Bloc OP		Durée : 01h

Diagnostic :

Mise en marche de l'appareil OK
Vérification de l'autonomie des batteries OK
Vérification de l'état des ampoules OK
Nettoyage et désinfection de l'appareil

Recommandations :

Il faut toujours brancher l'appareil à la prise électrique

Nom et visa vérificateur



Bakhoukha