

Fiche d'intervention

Prestataires : INSA BIOMEDICAL	Date prévue de prestation : 15/11/2019
Adresse :	Date de prestation : 15/11/2019
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive.

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Sialyque Mobil CM-W 520		Début : 10 H 35
Reference :	N° Série :	Fin : 10 H 50
Emplacement : BLOC		Durée : 15 mins

Diagnostic :

- Vérification de l'état - Nettoyage et désinfection
 - Vérification des mouvements
 - Vérification de la batterie
 - Mise en marche : Appareil opérationnel

Recommandations :

Nom et visa vérificateur

[Signature]

