

Fiche d'intervention

Prestataires : <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation : <u>07/03/2022</u>
Adresse : <u>Cité Impt et d'amaru</u>	Date de prestation :
Téléphone : <u>33835 14 14</u>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Appareil : <u>Moniteur de surveillance</u>	Début :
Reference : <u>COTEC</u>	Fin :
N° Série : <u>18080700119</u>	
Emplacement : <u>Bloc opératoire</u>	Durée :

Vérification de l'état de la machine.
Test des capteurs de : débit, ECG, SPO₂ et température
Appareil fonctionnel. Nettoyage et désinfection

