

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Issa Biomedical</i>	Date prévue de prestation : <i>27/03/2022</i>
Adresse : <i>Cité Impôt et domaine</i>	Date de prestation :
Téléphone : <i>33 8 35 14 14</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Entretien préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

Appareil : <i>Boîtier à deux électrodes</i>		Début :
Reference : <i>Fabius Plus Drager</i>	N° Série : <i>0</i>	Fin :
	<i>ASCD-0226</i>	
Emplacement : <i>Rue operaire</i>	Durée :	

Qué en marche, auto test réussi
- Ventilation
- nettoyage et désinfection

Cellule O2 et capteur de débit à remplacer

