

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Zusa Biomedical</i>	Date prévue de prestation : <i>06/07/2022</i>
Adresse : <i>Cité Impôt et Domaine</i>	Date de prestation : <i>27/06/2022</i>
Téléphone :	N° Devis :

Nature des travaux

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>Scope Edan</i>	Début :	
Reference : <i>C-110-TRES-041</i>	N° Série :	Fin :
Emplacement :	Durée :	

Diagnostic :

- Vérification de l'état de la machine
- Vérification des capteurs SPO₂, tcc transud
et sonde de température
- Appareil fonctionnel

Recommandations :

Nom et visa vérificateur

