

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation : <i>07/03/2022</i>
Adresse : <i>Cité Impt et domaine</i>	Date de prestation :
Téléphone : <i>33 838 14 14</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Appareil : <i>Table chauffante</i>	Début :
Reference : <i>Bayertherm 8004</i>	N° Série : <i>ASEO</i>
Emplacement : <i>Salle d'accouchement</i>	Fin :
	Durée :

*Nouveau de l'état de la machine, vérification des
mouvements, mise en marche et test : Appareil opérationnel
- Nettoyage et désinfection*

