

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation : <i>05/04/2022</i>
Adresse : <i>Cité Impôt de Douane</i>	Date de prestation : <i>07/04/2022</i>
Téléphone : <i>33 835 14 14</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive.

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>Cardiotocographe</i>		Début :
Reference : <i>C-815-YES-101</i>	N° Série :	Fin :
Emplacement : <i>Salle de travail</i>		Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil.
- Nettoyage des sondes
- Calibrage

Recommandations :

Acheter de nouveaux cardiotocogrammes (il n'y en a plus)

