

Fiche d'intervention

Prestataires : INSA BIOMEDICAL	Date prévue de prestation : 15/11/2019
Adresse :	Date de prestation : 15/11/2019
Téléphone : 773089174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Cardiotoçographe EDAN	Début : 16H 00
Reference :	N° Série : 3300721-1350590001
Fin : 16H 32	
Emplacement : Salle de Travail	Durée : 32 mins

Diagnostic :

- Vérification de l'état de la machine et des sondes
 - Nettoyage et désinfection des sondes
 - Mise en marche
 - Test : Appareil opérationnel

Recommandations :

Nom et visa vérificateur


