

Fiche d'intervention

Prestataires : INSA BIOMEDICAL	Date prévue de prestation : 15/11/2019
Adresse :	Date de prestation : 15/11/2019
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :



Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Cardiotoxigraphe GT 60LWAV	Début : 15H20
Reference : 866084	N° Série : CH 14 200 219
Emplacement : Salle de travail	Fin : 15H 56
	Durée : 36 mins

Diagnostic :

Vérification de l'état de la machine et les sondes
- Nettoyage et désinfection
- Mise en marche Test OK.

Recommandations :

Laisser la machine sur le secteur pour recharger la batterie.

Nom et visa vérificateur

[Signature]

