

Fiche d'intervention PLATEAU MEDICAL

Prestataires : INSA BIOMEDICAL	Date prévue de prestation : 20/11/2019.
Adresse :	Date de prestation : 20/11/2019
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Echographie (Portable) MINDRAY DP 4900		Début : 13H 11
Reference :	N° Série : XIG - 15000576	Fin : 13H 40
Emplacement : Salle de consultation 1 ^{er} étage		Durée : 29 mins

Diagnostics

- Vérification de l'état de la machine et les sondes et l'imprimante
- Mise en marche et Test : Appareil et imprimante opérationnelles
- Nettoyage et désinfection de l'appareil et imprimante et les sondes

Recommandations :

Nom et visa vérificateur



[Signature]