

Date 22/09/2023

STRUCTURE SANITAIRE : Clinique NEST

DATE DE NOTIFICATION 22 / 09 / 2023	DATE INSTALLATION : 03 / 05 / 2013
OBJET DE L'INTERVENTION Maintenance préventive	NOMENCLATURE
	CONSTRUCTEUR CYPRESS DIAGNOSTICS
TYPE DE MAINTENANCE	MODELE (TYPE) CYAN HEMATO
CORRECTIVE : / / PREVENTIVE : / ✓ /	N° DE SERIE 670709
CONTRAT : / / OUI / ✓ / NON	DEPARTEMENT Laboratoire
GARANTIE : / / OUI / ✓ / NON	

TEMPS D'INTERVENTION :	DEBUT 13h45 FIN 15h45
------------------------	-----------------------

DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX FAITS : Décontamination avec hypochlor
Ajustement des paramètres, autotest réussi
Lancement contrôles
Mise à jour logiciel (V3.4 → V4.0)

LISTE DES PIECES DE RECHANGE ET MATERIAUX UTILISES :

N°	DESIGNATION / REFERENCES	QUANTITE

CONTROLE QUALITE :	REUSSI : / ✓ /	ECHOUÉ : / /
--------------------	----------------	--------------

ETAT DE L'APPAREIL APRES INTERVENTION :

FONCTIONNEL : / ✓ /	ATTENTE DE PIECES : / /	ENLEVEMENT : / /
NON FONCTIONNEL : / /		

OBSERVATIONS : Tests réussis - Système fonctionnel

INTERVENTION REALISEE PAR : CACHET ET SIGNATURE 	CACHET ET SIGNATURE CHEF STM:	CACHET ET SIGNATURE CHEF SERVICE LABORATOIRE  BP: 82002 10ff Diamalaye Tél: 33 86 58 33 - 33 835 33 33
---	-------------------------------	---