

Date: 22/03/2023

STRUCTURE SANITAIRE : Clinique NEST

DATE DE NOTIFICATION 20 / 03 / 2023	DATE INSTALLATION : 03 / 03 / 2019
OBJET DE L'INTERVENTION Maintenance préventive	NOMENCLATURE
TYPE DE MAINTENANCE	CONSTRUCTEUR CYPRESS DIAGNOSTICS
CORRECTIVE : / / PREVENTIVE : / ✓ /	MODELE (TYPE) CYAN SCOPE
CONTRAT : / / OUI / ✓ / NON	N° DE SERIE 103041
GARANTIE : / / OUI / ✓ / NON	DEPARTEMENT Laboratoire

TEMPS D'INTERVENTION :	DEBUT 13 h 45 FIN 15 h 45
------------------------	---------------------------

DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX FAITS :	Changement lampe halogène Nettoyage
---	--

LISTE DES PIECES DE RECHANGE ET MATERIAUX UTILISES :

N°	DESIGNATION / REFERENCES	QUANTITE
01	Lampe halogène de 6V 20W (CT1001-S01)	1

CONTROLE QUALITE :	REUSSI : / ✓ /	ECHOUE : / /
--------------------	----------------	--------------

ETAT DE L'APPAREIL APRES INTERVENTION :

FONCTIONNEL : / ✓ /	ATTENTE DE PIECES : / /	ENLEVEMENT : / /
---------------------	-------------------------	------------------

OBSERVATIONS : Test réussi - Système fonctionnel

INTERVENTION REALISEE PAR : CACHET ET SIGNATURE SOTELMED 36 bis Rue J. Ferry - BP 4172 Tél/Fax : 33 821 93 08 - DAKAR Email : sotelmed@orange.sn	CACHET ET SIGNATURE CHEF STM: CACHET ET SIGNATURE CHEF SERVICE LABORATOIRE Tél: 33 867 50 00 - 33 835 33 33
---	--